

|                  |             |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prozess:         | Organigramm | <br><b>LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH</b><br><small>Universitäres Lehrkrankenhaus<br/>Urologie</small> |
| Dokumententitel: | SSB MPAV    |                                                                                                                                                                                       |
| gültig ab:       | 20.12.2012  |                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>SSB MPAV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANSPRECHPARTNER: DGKP STEFAN KORNMAYER, INTERN 5200,</b><br/> <a href="mailto:INFO@MPAV.AT"><b>INFO@MPAV.AT</b></a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Die Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg (MPAV) ist für die **Aufbereitung der Sterilgüter** zuständig
- Eine **direkte Zusammenarbeit mit der MPAV** besteht für die
  - **urologische Ambulanz**
    - Sterilisation der Instrumente und Endoskope
    - → Prozess Instrumentenkreislauf
  - **die urologische Station**
    - Sterilisation der auf Station verwendeten Mehrfachgüter (e.g. Scheren, Pinzetten, ...)
    - Diese werden in die dafür vorgesehenen weißen Boxen gelegt und einmal täglich von einem Mitarbeiter der MPAV abgeholt (bzw. werden die Boxen von Mitarbeitern der Firma Berendsen in einen speziellen Wagen im 2. UG gebracht und von dort von Mitarbeitern der MPAV abgeholt)
- Die Sterilisation der innerhalb des Zentral OP Ost verwendeten Instrumente wird vom Zentral OP Ost organisiert, geregelt und überwacht und ist nicht Teil der Schnittstelle Urologie-MPAV
- Somit sollte eine direkte Kontaktaufnahme zur MPAV nur bei Problemen in der Ambulanz und auf der Station erfolgen, ansonsten sind die Verantwortlichen der Schnittstelle OP zuständig!

## Historie:

## Bewertungssystem:

Jährlich, im Rahmen des internen Audits werden die aktuellen Dokumente bezgl. Validierung der Sterilisations und Reinigungsmethoden angefordert und im System hinterlegt. Diese Schnittstelle wird auch anlassbezogen bewertet. Bei jedwelchen Problemen wird dem Qualitätssystemverantwortlichen über die Oberfläche Fehler, Probleme, Zwischenfälle Rückmeldung erstattet und es werden dann nach Rücksprache mit dem Abteilungsleiter die geeigneten Maßnahmen eingeleitet.

|                                                  |            |                         |               |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Verfasser: Ass. A. Dr. Haid                      | 20.12.2012 | ID: SSB021.F.1001017.02 |               |
| Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch            | 20.12.2012 | Datei: .pdf             |               |
| Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch | 20.12.2012 | Version: 02             | Seite 1 von 1 |