

Prozess:	Stationärer Aufenthalt	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	Hilfsdokument Defi Wartung	
gültig ab:	01.08.2010	

DEFI WARTUNG

In diesem Formular wird wöchentlich von einer diensthabenden Pflegeperson die Kontrolle und Wartung des Defibrillators dokumentiert. Wenn die Liste voll ist, wird sie im Fach des Qualitätssystembeauftragten im Arztzimmer deponiert.

Bereitschaftsanzeige:

OK ... Display am Gerät zeigt „OK“ an – Ladezustand der Batterie ist in Ordnung

X ... Display am Gerät zeigt Schraubenschlüssel Symbol → DECT 9439

Therapieelektroden:

OK ... Therapieelektroden vorhanden, Ablaufdatum in Ordnung

X ... Elektroden laufen innerhalb der nächsten 2 Wochen ab → Bestellung neuer Elektroden in die Wege leiten (Stationsleitende Schwester)

Optik:

OK ... keine sichtbaren Schäden am Gerät

X ... Gerät ist beschädigt → DECT 9439

Woche	Bereitschaftsanzeige	HZ	Therapieelektroden	HZ	Optik	HZ

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	01.06.2010	ID: VF022.F.1001017.01	
Geprüft: Abt. Ltg. DGKS Müller	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Abt. Ltg. DGKS Müller	01.07.2010	Version: 01	Seite 1 von 1